

VYSVĚTLENÍ A ÚPRAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

v zadávacím řízení

„Skiagrafický RTG komplet pro město Lovosice“

ZADAVATEL: Město Lovosice
Sídlem: Školní 407/2, 410 30 Lovosice
Zastoupený: Ing. Vojtěch Krejčí, starosta
IČ: 00263991

Vážený pane, vážená paní,

zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), podává následující vysvětlení a úpravu zadávací dokumentace vztahující se k podlimitní veřejné zakázce na dodávky, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 a násl. zákona.

Znění žádosti k vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

„Parametr č. 2.2

Rozsah podélného pohybu desky stolu min. 100 cm

Dotaz č.1.

Bude zadavatel akceptovat řešení, kde rozsah podélného pohybu patientského stolu je +/- 44 cm, tedy 88 cm?“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel nebude akceptovat navrhované řešení z důvodu požadavku na co největší pokrytí snímkované oblasti bez nutnosti manipulace s pacientem na stole.

Znění žádosti k vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

„Parametr č. 2.13

Zatížitelnost detektoru min. 250 kg

Dotaz č.2.

Bude zadavatel akceptovat řešení vložení detektoru do ochranného krytu, který dovoluje zatížit detektor zátěží 227 kg?“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Zadavatel nebude akceptovat navrhované řešení z důvodu požadavku na co největší nosnost a mechanickou odolnost detektoru při snímkování mimo bucky clonu i bez dodatečného ochranného krytu.

Znění žádosti k vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

„Parametr č. 3.2

Rozsah středu detektoru nad podlahou min. 35-180 cm

Dotaz č.3.

Bude zadavatel akceptovat rozsah středu detektoru nad podlahou v rozmezí 31,5 – 175 cm?“

Vysvětlení a úprava zadávací dokumentace č. 3:

Zadavatel bude akceptovat navrhované řešení a upravuje v tomto bodě požadované technické parametry: Rozsah středu detektoru nad podlahou min. 35-175 cm.

Znění žádosti k vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

„Parametr č. 3.10

Možnost použití detektoru jako bezdrátový detektor

Dotaz č.4.

Bude zadavatel akceptovat dodání vysoce kvalitního RTG digitálního skiagrafického přístroje ve standardní obvyklé konfiguraci a to s pevným nevyjímatelným detektorem ve vertigrafu a přenosným bezdrátovým detektorem v patientském stole a současně pro volné expozice?“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Zadavatel nebude akceptovat navrhované řešení z důvodu požadavku na možnost v případě potřeby využít detektor z vertigrafu rovněž ve stole nebo pro volné snímky.

Znění žádosti k vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

„Parametr č. 4.1

Podélný pojezd rentgenky min. 330 cm

Dotaz č.5.

Bude zadavatel podélný pojezd sloupového stativu s rentgenkou v rozsahu 231 cm?“

Vysvětlení a úprava zadávací dokumentace č. 5:

Zadavatel nebude akceptovat navrhované řešení z důvodu požadavku na možnost snímkování pacientů na vozíčku nebo případně lůžku u vertigrafu i pro volné snímky (dostatečný manipulační prostor mezi stolem a vertigrafem). Přesto zadavatel upravuje v tomto bodě požadované technické parametry: Podélný pojezd rentgenky min. 290 cm.

Znění žádosti k vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:

„Parametr č. 4.2

Vertikální pojezd rentgenky min. 150 cm

Dotaz č.6.

Bude zadavatel akceptovat vertikální pojezd rentgenky na stativu v rozsahu 147 cm?“

Vysvětlení a úprava zadávací dokumentace č. 6:

Zadavatel bude akceptovat navrhované řešení a upravuje v tomto bodě požadované technické parametry: Vertikální pojezd rentgenky min. 147 cm.

Znění žádosti k vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:

„V příloze č.1 – Technické parametry je požadavek: Podélný pojezd rentgenky min. 330 cm

Dle standardně dostupných informací nám není známo, že by některý z výrobců nabízel sloupové řešení s takto dlouhým pojezdem. Z klinického hlediska to nedává smysl, jelikož maximální vzdálenost pro běžné snímkování v praxi, a zejména s ohledem na velikost vaší praxe, činí 200 cm. Domníváme se, že se z vaší strany pravděpodobně jedná o technickou chybu.

Jakožto radiologický asistent vycházím z vlastní dlouholeté praxe a mohu potvrdit, že takto dlouhý pojezd rentgenky nemá v klinické praxi využití.

Bude zadavatel akceptovat zařízení vysoké kvality, které převyšuje většinu ostatních technických parametrů a jehož výrobce má dlouholeté zkušenosti v oblasti radiodiagnostiky, přičemž **podélný pojezd rentgenky** (nikoliv délka podlahové kolejnice) činí 250 cm?“

Vysvětlení a úprava zadávací dokumentace č. 7:

Zadavatel nebude akceptovat navrhované řešení z důvodu požadavku na možnost snímkování pacientů na vozíčku nebo případně lůžku u vertigrafu i pro volné snímky (dostatečný manipulační prostor mezi stolem a vertigrafe). Nejedná se tedy o technickou chybu.

Přesto zadavatel upravuje v tomto bodě požadované technické parametry: Podélný pojezd rentgenky min. 290 cm.

Úprava zadávací dokumentace č. 8 z vlastního podnětu zadavatele:

V návaznosti na vydaná Vysvětlení a úpravy zadávací dokumentace a s ohledem na blížící se konec lhůty pro podání nabídek zadavatel mění v článku 10 Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace „**LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ**“

konec lhůty pro podání nabídek, který je nově stanoven do 17. 3. 2025 do 10:00 hodin.
Lhůta byla prodloužena o 5 pracovních dní v návaznosti na změnu Přílohy č. 1 – Technické parametry.

Tímto se ruší termín pro podání nabídek, který byl stanoven na 10. 3. 2025 do 10:00 hod.

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že na profilu zadavatele nahradil původní znění Přílohy č. 1 – Technické parametry a upozorňuje dodavatele, že pro zpracování nabídky je nutné použít toto aktualizované znění přílohy. Aktualizované znění je také přílohou těchto vysvětlení.

S pozdravem

A.I.Consulting s.r.o., v.z. JUDr. Kamila Kröblová