

VYSVĚTLENÍ A ÚPRAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

v zadávacím řízení

„Skiagrafický RTG komplet pro město Lovosice“

ZADAVATEL: Město Lovosice
Sídlem: Školní 407/2, 410 30 Lovosice
Zastoupený: Ing. Vojtěch Krejčí, starosta
IČ: 00263991

Vážený pane, vážená paní,

zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), podává následující vysvětlení a úpravu zadávací dokumentace vztahující se k podlimitní veřejné zakázce na dodávky, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 a násl. zákona.

Znění žádosti k vysvětlení zadávací dokumentace č. 9:

„Příloha č. 1 – Technické parametry

V sekci „RTG stůl“ technické specifikace uvádí zadavatel požadavek č. 2.2: „Rozsah podélného pohybu desky stolu: min. 100 cm“

Zadavatel požaduje na výše uvedeném místě ZD podélné pokrytí pacienta min. 142 cm (100 cm posun desky + 42 cm detektor + 0 cm posun bucky s detektorem) bez nutnosti manipulace s pacientem. Námi nabízený systém nabízí podélné pokrytí pacienta v rozsahu 182 cm (80 cm posun desky + 42 cm detektor + 60 cm posun bucky s detektorem). Naše řešení tudíž více než splňuje klinicko-medicínský účel Zadavatele.

Bude Zadavatel považovat námi nabízené technické řešení za řešení rovnocenné, splňující klinickomedicínský účel?“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9:

Zadavatel nebude akceptovat navrhované řešení a trvá na rozsahu podélného pohybu desky stolu min. 100 cm z důvodu jednoduššího a rychlejšího vyšetření. Zadavatel má ověřeno, že na trhu je více výrobců, kteří tento parametr splňují.

Znění žádosti k vysvětlení zadávací dokumentace č. 10:

„Příloha č. 1 – Technické parametry

V sekci „RTG stůl“ technické specifikace uvádí zadavatel požadavek č. 2.3: „Rozsah příčného pohybu desky stolu: min. 25 cm“

Zadavatel požaduje na výše uvedeném místě ZD příčné pokrytí pacienta min. 67 cm (25 cm posun desky + 42 cm detektor + 0 cm výsuv rentgenky). Námi nabízený systém nabízí příčné pokrytí pacienta v rozsahu 78 cm (21 cm posun desky + 42 cm detektor + 15 cm výsuv rentgenky). Naše řešení tudíž více než splňuje klinicko-medicínský účel Zadavatele.

Bude Zadavatel považovat námi nabízené technické řešení za řešení rovnocenné, splňující klinickomedicínský účel?“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10:

Zadavatel bude akceptovat navrhované řešení.

Znění žádosti k vysvětlení zadávací dokumentace č. 11:

„Příloha č. 1 – Technické parametry

V sekci „RTG stůl“ technické specifikace uvádí zadavatel požadavek č. 2.4: „Rozsah vertikálního pohybu desky stolu: min. 60 - 85 cm“

Námi nabízený systém disponuje rozsahem vertikálního pohybu desky stolu 50 – 77 cm, tudíž nabízíme vyšší rozsah pohybu, než je požadováno. Zároveň tento rozsah nabízíme již od výšky 50 cm, což je obecně považováno za lepší řešení, než od 60 cm (starší pacienti se sníženou pohyblivostí či v traumatu atd.)

Bude Zadavatel považovat námi nabízené technické řešení za řešení rovnocenné, splňující klinickomedicínský účel ?“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 11:

Zadavatel bude akceptovat navrhované řešení.

Znění žádosti k vysvětlení zadávací dokumentace č. 12:

„Příloha č. 1 – Technické parametry

V sekci „Sloupový závěs rentgenky“ technické specifikace uvádí zadavatel požadavek č. 4.1: „Podélný pojezd rentgenky: min. 330 cm“

Může zadavatel potvrdit, zda se skutečně jedná o požadavek na podélný pojezd rentgenky nebo se tímto požadavkem myslí délka kolejnice pro sloup nesoucí rentgenku? Délka pojezdu je totiž téměř vždy o cca 50 cm kratší, než pojezdová dráha a požadavek na pojezd min. 330 cm je velmi nadstandardní. Takový se vyžaduje pouze při snímkování na vertigrafu vertikálním rtg. paprskem, takový požadavek však v ZD není uveden.

Může zadavatel potvrdit, zda se jeho požadavek skutečně vztahuje k rozsahu podélného pojezdu rentgenky nikoliv k délce pojezdové dráhy?“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 12:

Zadavatel potvrzuje, že se skutečně jedná o podélný pojezd rentgenky, a nikoliv délku podlahové kolejnice. Ve vysvětlení ZD č. 1 zadavatel upravil tento technický parametr na min. 290 cm.

Znění žádosti k vysvětlení zadávací dokumentace č. 13:

„Příloha č. 1 – Technické parametry

V sekci „Sloupový závěs rentgenky“ technické specifikace uvádí zadavatel požadavek č. 4.3: „Rotace rentgenky horizontálně: min. -/+135°“

Námi nabízený systém disponuje horizontální rotací rentgenky v rozsahu $\pm 130^\circ$. Jedná se o nepatrný rozdíl, který nemá z klinicko-medicínského hlediska žádný praktický význam. Standardní hodnota tohoto parametru činí $\pm 125^\circ$.

Bude Zadavatel akceptovat nabídku na přístroj, jehož horizontální rotace rentgenky má hodnotu $\pm 130^\circ$?”

Vysvětlení a úprava zadávací dokumentace č. 13:

Zadavatel bude akceptovat navrhované řešení a upravuje v tomto bodě požadované technické parametry: Rotace rentgenky horizontálně: min. -/+125°.

Znění žádosti k vysvětlení zadávací dokumentace č. 14:

„Příloha č. 1 – Technické parametry

V sekci „Generátor a RTG zářič“ technické specifikace uvádí zadavatel požadavek č. 5.11: „Celková tepelná kapacita rentgenky: min. 1,3 MHU“

Námi nabízený systém disponuje celkovou tepelnou kapacitou rentgenky 1,25 MHU. Oproti požadavku Zadavatele se jedná o nepatrný rozdíl, který nemá z klinicko-medicínského hlediska žádný praktický význam.

Bude Zadavatel akceptovat nabídku na přístroj, jehož tepelná kapacita rentgenky má hodnotu 1,25 MHU, což je naprosto standardní hodnota?”

Vysvětlení a úprava zadávací dokumentace č. 14:

Zadavatel bude akceptovat navrhované řešení a upravuje v tomto bodě požadované technické parametry: Celková tepelná kapacita rentgenky: min. 1,25 MHU.

Znění žádosti k vysvětlení zadávací dokumentace č. 15:

„Na základě Vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 25. 02. 2025 k výše uvedené veřejné zakázce nám vznikly určité nejasnosti. Proto níže uvádíme své dotazy:

Původní dotaz č. 5 a č.7

Parametr č. 4.1, Podélný pojezd rentgenky min. 330 cm resp. 290 cm

Zadavatel v rámci odpovědi na výše uvedené dotazy zdůvodnil svojí potřebu délky pojezdu rentgenky požadavkem na možnost snímkování pacientů na vozíčku u vertigrafu. Snímkování horních či dolních končetin pacientů na vozíčku u vertigrafu se ale provádí vertikálním rtg. paprskem, což nezbytně vyžaduje vertigraf, který má schopnost sklopit desku s detektorem o 90° (do horizontální polohy). Avšak takový požadavek není v zadávací dokumentaci uveden.

Požaduje Zadavatel vertigraf se schopností nastavit bucky s detektorem do vodorovné polohy tj. o 90°?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 15:

Zadavatel trvá na znění technické specifikace v aktuálním znění a tedy nepožaduje vertigraf se schopností nastavit bucky s detektorem do vodorovné polohy tj. o 90°.

Úprava zadávací dokumentace č. 16 z vlastního podnětu zadavatele:

V návaznosti na vydaná Vysvětlení a úpravy zadávací dokumentace a s ohledem na blížící se konec lhůty pro podání nabídek zadavatel mění v článku 10 Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace „LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ“ **konec lhůty pro podání nabídek, který je nově stanoven do 20. 3. 2025 do 10:00 hodin**. Lhůta byla prodloužena o 5 pracovních dní v návaznosti na změnu Přílohy č. 1 – Technické parametry.

Tímto se ruší termín pro podání nabídek, který byl stanoven na 17. 3. 2025 do 10:00 hod.

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že na profilu zadavatele nahradil znění Přílohy č. 1 – Technické parametry – aktualizované znění po DI č. 1-8 za nové znění Přílohy č. 1 – aktualizované znění po DI č. 9-16 a upozorňuje dodavatele, že pro zpracování nabídky je nutné použít toto aktualizované znění přílohy. Aktualizované znění je také přílohou těchto vysvětlení.

S pozdravem