

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

v zadávacím řízení

„Skiagrafický RTG komplet pro město Lovosice“

ZADAVATEL: Město Lovosice
Sídlem: Školní 407/2, 410 30 Lovosice
Zastoupený: Ing. Vojtěch Krejčí, starosta
IČ: 00263991

Vážený pane, vážená paní,

zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), podává následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k podlimitní veřejné zakázce na dodávky, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 a násl. zákona.

Znění žádosti k vysvětlení zadávací dokumentace č. 19:

„Parametr č. 2.2: „Rozsah podélného pohybu desky stolu: min. 100 cm“

Zadavatel v rámci odpovědi na dotazy k výše uvedenému parametru zdůvodnil svůj požadavek potřebou „*na co největší pokrytí snímkové oblasti bez nutnosti manipulace s pacientem na stole*“ (odpověď na dotaz č.1) a následně také „*z důvodu jednoduššího a rychlejšího vyšetření*“ (odpověď na dotaz č.9).

Námi nabízený přístroj disponuje funkcí „**Autopozice**“ tj. schopností přístroje plně automaticky (bez zásahu obsluhy) nastavit polohu rentgenky a detektoru do požadované pozice pro snímkování. Rentgenka uchycená na sloupový pojízdný stativ se automaticky nastaví vůči pacientovi na stole v podélném směru do požadované pozice. Detektor umístěný ve stole se pohybuje v podélném směru současně s rentgenkou a to jak při snímkování kolmým, tak i šikmým rtg. paprskem. Vyšetření pacienta tak probíhá maximálně rychle a jednoduše. Touto funkcí jsou vybaveny přístroje nejvyšší kategorie.

Bude Zadavatel akceptovat nabídku na přístroj se stolem, jehož deska má podélný pohyb 80 cm, jestliže celkové pokrytí snímkové oblasti bez nutnosti manipulace s pacientem je o 40 cm větší, než je požadováno, a jestliže bude přístroj vybaven funkcí „Autopozice“, která umožňuje jednodušší a rychlejší vyšetření, než je Zadavatelem požadováno?“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 19:

Zadavatel k dotazu sděluje, že trvá na aktuálním znění Technických parametrů s ohledem na odpovědi na dosud obdržené dodatečné dotazy k zadávacím podmínkám.

S pozdravem

A.I.Consulting s.r.o., v.z. JUDr. Kamila Kröblová